

高原驿站医疗物资采购需求

一、项目概况

为保障广大游客身体健康和生命安全，提高景区医疗救护能力水平，拟采购两台 AED 除颤器用于改善马蹄海驿站和雪山梁驿站医疗配备。

二、项目技术参数要求（实质性要求）

（一）项目货物清单

序号	品名	单位	数量
1	AED 自动体外除颤器	台	2

（二）技术参数

AED 自动体外除颤器	<p>品牌：ZOLL</p> <p>尺寸： 13.3cm × 24.1cm × 29.2cm</p> <p>重量： 3.1kg</p> <p>功率： 用户可以更换电池。10 节 123A 型照相机闪光灯二氧化锰锂电池。</p> <p>装置级别： I 级，内部供电，符合 EN60601-1</p> <p>设计标准： 符合 UL2601，AAMI DF-39，IEC601-2-4，EN60601-1，IEC60601-1-2</p> <p>运行温度：</p> <p> PS 型： 32° F 至 122° F； 0° C 至 50° C</p> <p> PA 型： 50° F 至 104° F； 10° C 至 40° C</p> <p>存储温度：</p> <p> PS 型： -22° F 至 158° F； -30° C 至 70° C</p> <p> PA 型： 32° F 至 122° F； 0° C 至 50° C</p> <p>湿度： 10% 至 95% 相对湿度，没有凝结</p> <p>振动： MIL 标准 810F，Min 直升机测试</p> <p>电击：</p> <p> PS 型： IEC68-2-27； 100G</p> <p> PA 型： IEC68-2-27； 50G</p> <p>海拔高度：</p>	 
-------------	---	---

	<p>PS 型： -300 至 15,000ft； -91m 至 4573m</p> <p>PA 型： -300 至 7,500ft； -91m 至 2287m</p> <p>微粒和水的浸入： IP-55</p> <p>除颤波形： 双相方波</p> <p>除颤器充电保持时间： 30 秒钟</p> <p>除颤能量选择： 自动预编程选择： 成人模式（120J, 150J, 200J） 儿童模式（50J, 70J, 85J）</p> <p>患者安全： 所有的患者连接装置都是电绝缘的。</p> <p>充电时间： 新电池小于 10 秒钟。</p> <p>电极： ZOLL Stat-padz II 或者 CPR-D-padz 或 Pedi-padz II</p> <p>内置除颤器自检功能： 具有此功能</p> <p>CPR： 节拍器速率： 从 60 到 100 CPM 可以调节</p> <p>深度： 从 3/4" 到 3"； 1.9 到 7.6 cm</p> <p>电极患者阻抗测量范围： 0 到 300 欧姆</p> <p>除颤器电极 ECG 电路： 保护</p> <p>显示器的格式： 具有移动栅栏的可选 LCD</p> <p>尺寸： 6.6 cm × 3.3 cm</p> <p>观察时间： 2.6 秒</p> <p>显示器扫描速率： 25 mm/秒</p> <p>电池容量： 新电池（20℃）安装好备用状态： 5 年，或者 300 次电击，或者至少 13 小时连续监测</p> <p>机柜： 材质： 1.2mm 镀锌钢板</p> <p>尺寸： 40cm（宽）*160cm（高）*20cm</p> <p>显示器： 15.6 寸高清屏幕</p> <p>柜表处理： 室内静电喷粉</p> <p>门锁形式： 无锁磁铁自吸</p> <p>报警功能： 声光报警</p> <p>供电方式： 9V 电池供电</p>	
--	---	--

三、商务要求（实质性要求）

(一) **交货时间：**自合同签订之日起 30 日内完成交货。

(二) **交货地点：**松潘县黄龙乡瑟尔磋寨黄龙管理局。

(三) **付款方式：**

1、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

2、全部货物交付并验收合格后，接到供应商通知与票据凭证资料后的 30 日内支付合同金额的 100%。

(四) **质量要求**

1、供应商提供全新货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵犯他人知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）环保标准，本合同约定技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包换、包退），费用由乙方负担。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责调换，但费用由甲方负担。

法规处

2025 年 5 月 19 日